

лицх. 022 - SHS - 2018

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые Потребители продукции компании Кэарстрим,

Настоящим письмом извещаем вас, что в 2018 году произошла смена типа пленок для лазерных мультифроматных камер TRIMAX TX-40 и TX-55.

Вместо пленок Trimax TXB в 2018 году поставляется пленка Trimax TXE, обладающая увеличенным сроком годности (24 месяца вместо 18 месяцев у пленки TXB).

Для использования пленки TXE в лазерных камерах TRIMAX TX40 (с серийными номерами менее 20030920, т.е. камер произведенных ранее мая 2015 года), необходимо провести модернизацию программного обеспечения силами компании ООО «ДрайвМедСервис» (контактная информация на сайте [www http://www.drivems.ru](http://www.drivems.ru)).

Компания ООО «ДрайвМедСервис» является авторизованным сервисным партнером компании Кэарстрим на территории Российской Федерации.

После данной модернизации вы сможете использовать как пленку Trimax TXB (из поставок 2017 года), так и пленку Trimax TXE.

С уважением,

ООО «Кэарстрим Хэлс»

Менеджер по развитию бизнеса в РФ

П.В.Мальцев



15.03.2018